

Дезинфектология - кейс 1

Materials for the selected specialty

Тип: Кейсы | Образование: Высшее образование | Специализация: Дезинфектология | Записей: 1 | Кейс: 1 | Вопросов: 12

Дезинфектология - кейс 1

Образование: Высшее образование | Специализация: Дезинфектология

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Проведено плановое эпидемиологическое обследование цистоскопического кабинета отделения урогенитального туберкулеза фтизиатрического стационара.

Установлено: в кабинете проводятся плановые цистоскопические и уродинамические исследования. Имеется журнал учета исследований.

1. Организация деятельности

1. Вопрос

Стерильные эндоскопические вмешательства должны проводиться в

1. палате
2. эндоскопической манипуляционной терапевтического отделения

3. малой операционной

4. эндоскопическом кабинете

Правильный ответ: малой операционной

В соответствии с п. 3680 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" раздел Требования к помещениям, предназначенным для проведения стерильных эндоскопических вмешательств, обработки использованных при данном виде вмешательств эндоскопов и инструментов стерильные эндоскопические вмешательства должны проводиться в операционных, малых операционных медицинских организаций или в эндоскопических манипуляционных профильных хирургических отделений.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

2. Вопрос

Цистоскопическое исследование относится к + _____ + эндоскопическому вмешательству

1. стерильному

2. условно-стерильному
3. нестерильному
4. условно-чистому

Правильный ответ: стерильному

В соответствии с п. 3639 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Стерильными считаются вмешательства, при которых эндоскоп вводится через проколы, разрезы кожных и слизистых покровов в кровяное русло, стерильные полости или ткани организма, а также в стерильные в норме органы (матка, мочевого пузыря) через естественные пути.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

3. Вопрос

После завершения оперативного вмешательства должна осуществляться
+ _____ + эндоскопического оборудования в зоне, в которой проводится предварительная очистка хирургического инструментария

1. дезинфекция
2. предстерилизационная очистка
3. стерилизация

4. предварительная очистка

Правильный ответ: предварительная очистка

В соответствии с п. 3681 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" раздел Требования к помещениям, предназначенным для проведения стерильных эндоскопических вмешательств, обработки использованных при данном виде вмешательств эндоскопов и инструментов предварительная очистка эндоскопического оборудования после завершения оперативного вмешательства должна осуществляться в зоне, в которой проводится предварительная очистка хирургического инструментария.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

4. Вопрос

Для достижения максимального результата предстерилизационная очистка, совмещенная с дезинфекцией, эндоскопов для стерильных манипуляций и инструментов должна проводиться в

1. операционной
2. моечно-дезинфекционном помещении эндоскопического отделения
3. стерилизационной хирургического отделения

4. центральном стерилизационном отделении

Правильный ответ: центральном стерилизационном отделении

В соответствии с п. 3683 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Предстерилизационная очистка, совмещенная с дезинфекцией, эндоскопов для стерильных вмешательств и инструментов должна проводиться в помещении разборки и мытья инструментов операционного блока, в моечно-дезинфекционном помещении хирургического отделения, в ЦСО.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

5. Вопрос

В протоколе эндоскопического вмешательства должен указываться + _____ +
использованного в ходе медицинского вмешательства эндоскопа

1. год эксплуатации
2. торговое название

3. идентификационный код

4. заводской номер

Правильный ответ: идентификационный код

В соответствии с п. 3647 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Идентификационный код эндоскопа должен указываться в протоколе эндоскопического вмешательства или в журнале записи оперативных вмешательств, в графе особые отметки журнала регистрации исследований, выполняемых в отделе, отделении, кабинете эндоскопии, в журнале контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

6. Вопрос

Помещения, предназначенные для стерилизации эндоскопов для стерильных вмешательств ручным способом, относятся к классу чистоты

1. "Г"
2. "А"
3. "Б"
4. "В"

Правильный ответ: "Б"

В соответствии с п. 3684 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" раздел Требования к помещениям, предназначенным для проведения стерильных эндоскопических вмешательств, обработки использованных при данном виде вмешательств эндоскопов и инструментов стерилизация эндоскопов для стерильных вмешательств и инструментов к ним проводится ручным способом в стерилизационном помещении (класс чистоты "Б") операционного блока или хирургического отделения.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

7. Вопрос

Помещения, предназначенные для стерилизации эндоскопов для стерильных вмешательств механизированным способом, относятся к классу чистоты

1. "Г"
2. "Б"
3. "В"
4. "А"

Правильный ответ: "Б"

В соответствии с п. 3684 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" раздел Требования к помещениям, предназначенным для проведения стерильных эндоскопических вмешательств, обработки использованных при данном виде вмешательств эндоскопов и инструментов стерилизация эндоскопов для стерильных вмешательств и инструментов к ним проводится механизированным способом с использованием стерилизационного оборудования в стерилизационном помещении (класс чистоты "Б") операционного блока, хирургического отделения, ЦСО.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

8. Вопрос

Уборка и дезинфекция в помещениях, где осуществляются стерильные эндоскопические вмешательства, должна проводиться

1. в конце рабочего дня
2. в конце рабочей смены

3. после каждого вмешательства

4. в конце рабочей недели

Правильный ответ: после каждого вмешательства

В соответствии с п. 3686 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" раздел Требования к помещениям, предназначенным для проведения стерильных эндоскопических вмешательств, обработки использованных при данном виде вмешательств эндоскопов и инструментов уборка и дезинфекция в помещениях, где осуществляются стерильные эндоскопические вмешательства, должна проводиться после каждого вмешательства.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

9. Вопрос

При выборе средств очистки, дезинфекции, а также средств и методов стерилизации эндоскопического оборудования должны учитываться рекомендации изготовителей

1. средств для дезинфекции и стерилизации эндоскопов

2. эндоскопов и инструментов к ним

3. стерилизационного оборудования для обработки эндоскопов
4. моечно-дезинфицирующего оборудования для обработки эндоскопов

Правильный ответ: эндоскопов и инструментов к ним

В соответствии с п. 3689 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" раздел Требования к оборудованию, средствам и материалам для обработки эндоскопического оборудования. При выборе средств очистки, дезинфекции (в том числе ДВУ) для ручного способа обработки, а также средств и методов стерилизации должны учитываться рекомендации изготовителей эндоскопов и инструментов, касающиеся воздействия конкретного средства (стерилизующего агента) на материалы этих медицинских изделий.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

10. Вопрос

Жидкостные световоды стерилизуют + _____ + методом

1. плазменным
2. воздушным

3. газовым

4. паровым

Правильный ответ: газовым

В соответствии с п. 3706 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Жидкостные световоды стерилизуются газовым методом или в растворах химических средств.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

11. Вопрос

Для стерилизации эндоскопов и инструментов к ним применяют + _____ + стерилизаторы

1. гласперленовые
2. озоновые

3. паровые

4. воздушные

Правильный ответ: паровые

В соответствии с п. 3693 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" раздел Требования к оборудованию, средствам и материалам для обработки эндоскопического оборудования для стерилизации эндоскопов и инструментов к ним применяются паровой, газовый и плазменный методы.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

12. Вопрос

Для стерилизации эндоскопов и инструментов к ним применяются растворы + _____ + в качестве дезинфицирующих средств

1. альдегидсодержащих средств

2. содержащие четвертичные аммониевые соединения
3. спиртосодержащих средств
4. содержащие фенол и его производные

Правильный ответ: альдегидсодержащих средств

В соответствии с п. 3693 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Для стерилизации эндоскопов и инструментов применяют растворы альдегидсодержащих, кислородоактивных и некоторых хлорсодержащих средств в спороцидной (стерилизующей) концентрации.

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)